

Ek-4:

Sıvı Geçirmez Kişisel Koruyucu Önlük Teknik Şartnamesi

- A) Önlüklerde kullanılan malzeme medikal özellikte malzemedir (non-woven) olmalıdır.
- B) Önlüklerin kumaşı, non-woven SMS materyali kumaş olmalıdır. (en az 35 gr/m² SMS materyali)
- C) Önlükler UNISEX beden olmalıdır, en az Large (L) beden olmalıdır.
- D) Önlükler tek tek ağzı kapalı paketlerde olmalı
- E) Önlük boyundan diz altına kadar standart beden olmalıdır.
- F) Önlük arkadan bağcıklı ya da yapıştırmalı olmalı ve bedenın arka tarafı kontaminasyonu önlemek amacıyla boşluk bırakmayarak üst üste gelecek şekilde örtünmeye uygun olmalıdır.
- G) Önlüğün kolları uzun, kol bilek kısımları lastikli olmalı bu sayede eldivenle arasında boşluk oluşmasına engel olmalıdır.
- H) Önlüğün dikişleri ve yapıştırmaları/bağcıkları beden hareketlerinden açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır.
- İ) Sıvı geçirmez ve aynı zamanda sıvı itici özelliğine sahip hava geçirgen olmalıdır.
- J) Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
- K) Önlük hareket kabiliyetini kısıtlamamalıdır.