

EK-1:

Tıbbi/Cerrahi Maske (Arkadan Lastikli ya da Arkadan Bağcıklı) Teknik Şartnamesi

- A) Tek kullanımlık olmalıdır.
- B) Maskenin sağ ve sol tarafında kulak arkasından geçirilen lastikli ya da kafa arkasından bağlanabilir bağcıkları olmalıdır.
- C) Maske 6-8 saat süreyle sürekli kullanıma uygun olmalıdır.
- D) Non-woven, polipropilenden yapılmış olmalıdır.
- E) Mavi, yeşil veya beyaz renkte olmalıdır.
- F) Antialerjik olmalı, lateks ve çam elyafı içermemelidir.
- G) Üç katlı olmalıdır.
- H) Sıvı bariyer özelliği bulunmalı, fiber-glass, doğal kauçuk lateks, kuru doğal kauçuk içermemelidir.
- İ) Nefes alış veriş kolay olmalı, koruyucu gözlükle beraber kullanılabilirdir.
- J) Maskeler, depolama kolaylığı için en fazla 100'lük ambalaj içinde teslim edilmelidir.
- K) EU MDD Directive 93/42/EEC Kategori III veya eşdeğerleri; EN 14683:2019+AC Type II, IR, IIR; ya da ASTM F2100 minimum Level 1 veya eşdeğeri standartlara sahip olmalıdır.

Ürün Özellikleri

- Nonwoven Spunbond Materyal
- Ultrasonic-Lazer-Makine Dikişli
- Polipropilen (PP) Kaplı Yumuşak/Ayarlanabilir Burun Teli/Telsiz
- Antialerjik, Hava Geçirgen
- Fiberglass, Lateks İçermez
- Tek kullanımlık
- 3 Katlı

Tıbbi/Cerrahi Maskenin Telli veya Telsiz oluşu, ultrasonik veya makine dikişli veya lazerli oluşu, dış/iç katman materyalinin gramajı, filtrasyon kumaşının gramajı firmaca verilecek taahhülle ayrıca belirtilecektir.

.../.../.....

TAAHHÜTNAME

Sözleşmeye konu Tıbbi/Cerrahi Maskenin (Telli/Telsiz), dış katman materyalinin gramajının gram/metrekare, filtrasyon kumaşının gramajının gram/metrekare olduğunu taahhüt ederiz.

Onaylayan Firma Yetkilisinin:

Adı-Soyadı :

İmzası :

Firma Kaşesi :