

EK-2:

FFP2/FFP3/N95 Maske Teknik Şartnamesi

- A) Maskeler EN 149:2001 standartlarına ve FFP2/FFP3/N95 sınıfına uygun olmalıdır.
- B) Kafa bantları ve burun mandalı kullanım açısından kolay olmalı, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.
- C) Çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır.
- D) Maskelerin başa uygunluk bantları poliizopren, burun mandalı alüminyum, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.
- E) Üzerinde nefes verme supabı bulunmamalıdır.
- F) Latex içermemelidir.
- G) Nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici tasarıma sahip olmalıdır.
- H) Saklama sırasında kirlenmeyi önleyecek şekilde paketlenmiş olmalı ve bu paketler üzerinde maskenin resimli takma talimatları, maskenin standardı ve kategorisi okunabilir olmalıdır.
- İ) Kutuların üzerinde saklama sıcaklığı, nemliliği ve raf ömrü yazılı olmalıdır.
- J) 89/686/EEC sayılı (Personal Protective Equipment PPE) kişisel koruma ürünleri direktifine uygun olmalıdır.
- K) EN 149:2001 standardına uygun olmalı ve standarda uygunluk belgelenmiş olmalıdır.

FFP2/FFP3/N95 Maske materyalinin gramajı firmaca verilecek taahhülle ayrıca belirtilecektir.