

EK-4:

Sıvı Geçirmez Kişisel Koruyucu Önlük Teknik Şartnamesi

- A) Önlüklerde kullanılan malzeme medikal özellikte nonwoven malzemeden olmalıdır.
 - B) Önlüklerin kumaşı, en az 35 gr/metreka SMS materyali kumaştan olmalıdır.
 - C) Önlükler unisex beden olmalıdır, tek beden XL olmalıdır.
 - D) Önlükler tek tek ağız kapalı paketlerde olmalıdır.
 - E) Önlüklerin kol ağızları ince lastik olmalıdır.
 - F) Önlük kumaşı, cildin nefes almasını sağlamalı ancak alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını absorbe etmeden ortamdaki uzaklaştırarak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte olmalıdır. Kollarda ve ön tarafta su geçirmeyi önleyecek 2. kat olmalıdır.
 - G) Önlükler uzun kollu, sırt bölgesi açık ve diz altına kadar olmalıdır.
 - H) Üretici firmanın ISO 9001:2000 belgesi olmalıdır ve belge olarak verilmelidir.
- Önlük kumaşının gramajı firmaca verilecek taahhülle ayrıca belirtilecektir.

.... / ... / 2020

SÖZLEŞME EKİ TAAHHÜTNAME

Sözleşmeye konu Sıvı Geçirmez Kişisel Koruyucu Önlük kumaşı gramajının;
gram/metrekare olduğunu taahhüt ederiz.

Onaylayan Firma Yetkilisinin:

İmzası :

Adı-Soyadı :

Firma Kaşesi :