

**Ek-5:**

**Koruyucu Gözlük Teknik Şartnamesi**

- A) Dezenfekte edilebilmeli ve tekrar kullanıma uygun olmalıdır.
- B) Tıbbi ve Medikal kullanıma uygun olmalı.
- C) Dezenfektan işlemi yapılabilmesi için demonte özellikte olmalı.
- D) Cam optikleme özelliğine sahip olmalı.
- E) Şeffaf polikarbonat camlı, tam korumalı, ventilsiz, elastik bantlı, çok hafif, antirefleksif olmalı ve buğu yapmamalıdır.
- F) Kullanıcıyı kan, vücut sıvılarına ve diğer potansiyel enfekte sıvılara karşı korumalıdır.
- G) Numaralı gözlük ve kontakt lens üzerine takılabilmeli ve görme alanını bozmamalıdır,
- H) Gözlük sapları ve bantların uzunluğu yüz konturlarına rahat uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilmelidir.
- İ) Gözlük bileşenleri çarpmaya dayanıklı materyalden yapılmış olmalı ve kırılma bile yaralanmalara sebep olabilecek keskin kenarlar oluşturmamalıdır.
- J) Hijyen ve sağlık açısından zararlı bir madde içermemelidir.
- K) Gözlük su ile yıkanabilmeli ve yumuşak bir bezle silinebilmelidir
- L) 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği (2016/425 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü) hükümlerine uygun olmalı
- M) TS 5560 EN166 standardına uygun olmalı ve standarda uygunluk belgelenmiş olmalıdır.